



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2016**  
**Processo Administrativo nº 23110.009135/2016-64**

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), por meio da Unidade de Licitações, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO**

**DATA:** 24/02/2017

**HORÁRIO:** 09h00min (horário de Brasília)

**LOCAL:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**UASG Gerenciadora: 154047**

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

**2. DO OBJETO**

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para **Aquisição de Material Médico Hospitalar**, conforme Pedido 38/2016, do Setor de Suprimentos, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16 do Decreto n.º 7.892/2013, **a homologação deste procedimento licitatório não obriga o HE-UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado**, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no Compras Governamentais, valerá o primeiro.

2.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), com a solicitação de login e senha pelo interessado.



3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

#### 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. **Os itens 06, 07, 12, 13, 22, 24, 51, 55, 57, 58, 72, 88, 90, 91, 94, 128, 129 e 158 são destinados a ampla participação**, pois, de acordo com o Decreto 8538/2015, o valor estimado do referido item é superior a R\$ 80.000,00. **Para os demais itens a participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte**, de acordo com o Decreto 8538/2015, devido ao valor estimado dos referidos itens ser inferior a R\$ 80.000,00.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



- 4.5.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- 4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

## 5. DO ENVIO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao HE-UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.6.1. Valor unitário do item;
- 5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item, sendo que o licitante participante deste Pregão não poderá, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para cada item.
- 5.6.3. Marca;
- 5.6.4. Fabricante;
- 5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.



5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.9. Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Compras Governamentais e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.

5.10. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.10.1. Se por ventura o pregão demorar mais de 60 (sessenta) dias, o Pregoeiro poderá solicitar confirmação, por parte da licitante, de que renova sua proposta. Assim, a validade da proposta passa a ser de 60 (sessenta) dias a contar da data da renovação.

## 6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham vícios insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.2.1. **Eventual pedido de desclassificação do licitante deverá ser acompanhado de justificativa**, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou recusa.

6.2.2.2. Se o pedido de desclassificação ocorrer durante a fase de lances e for possível a exclusão do lance pelo Pregoeiro antes do encerramento do item, o pedido será considerado aceito.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.5.2. O lance deverá ser ofertado **com apenas duas casas decimais**. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.15.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.15.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.



## 7. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.1. Em relação às especificações do objeto, sempre que necessário o Pregoeiro se reserva o direito de consultar a área técnica demandante, com a finalidade de analisar o cumprimento do objeto ofertado frente ao solicitado no edital.

7.2. **Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado** pela Administração ou manifestamente inexecutável.

7.3. Considera-se inexecutável a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. O Pregoeiro convocará o licitante para **enviar a documentação digital**, por meio do endereço eletrônico **pregao.heufpel@gmail.com**, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7.3. Caso haja necessidade, o Pregoeiro poderá realizar a negociação via e-mail, informando no chat o valor negociado.

7.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.





7.9. Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O prazo mínimo que será concedido é de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.

## 8. DAS AMOSTRAS

8.1. O Pregoeiro solicitará dos licitantes classificados em primeiro lugar a apresentação de amostra(s) para todos os itens, que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data da solicitação, no ALMOXARIFADO do Hospital Escola da UFPel, localizado na Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, aos cuidados de Angela Camejo, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

8.1.1. **A quantidade de amostra** a ser enviada está descrita no **ANEXO III** deste edital.

8.1.2. Para as **marcas pré-aprovadas** na padronização do Hospital Escola da UFPel **não há a necessidade de envio de amostra**. A relação dessas marcas encontra-se no **ANEXO II**, junto ao Termo de Referência.

8.2. **As amostras deverão estar embaladas adequadamente e devidamente identificadas** com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa, número da licitação, número do processo, razão social do proponente e o número do item a que se refere;

8.2.1. **O endereço para envio das amostras não é o mesmo para envio da documentação original exigida.**

8.3. As amostras serão analisadas pelos responsáveis técnicos de acordo com os descritivos solicitados e padronizados no hospital, confirmando a qualidade do mesmo.

8.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5. **No caso de não haver entrega da amostra** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

8.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras não consumidas no processo de avaliação poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.9. **As Amostras não interferem no quantitativo do edital.**

## 9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;



9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, *caput*, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

**9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF** além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

**9.4. Habilitação jurídica:**

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro





Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.4.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

#### 9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.5.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.6. A licitante detentora da melhor proposta, quando convocada pelo Pregoeiro, deverá enviar os documentos exigidos para habilitação neste edital.

9.7. O **prazo** mínimo para envio dos documentos será de **2 (duas)** horas e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.



9.7.1. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.

9.8. O envio deverá ser feito por meio do endereço eletrônico [pregao.heufpel@gmail.com](mailto:pregao.heufpel@gmail.com), devendo ser anexados todos os documentos digitalizados, com assinatura do representante da empresa e com carimbo.

9.9. **Para habilitação, a licitante também deverá observar as exigências contidas no Anexo I – Termo de Referência (ver item 4 do Termo de Referência – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), sob pena de desclassificação do licitante.**

9.10. **Após o envio da documentação via e-mail, os documentos deverão ser remetidos em original**, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

9.10.1. O prazo máximo para postagem dos documentos será de **até 03 (três) dias úteis**.

9.10.2. O endereço para envio é o seguinte: **Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Rua Marcílio Dias, nº 939, Divisão Administrativa Financeira, Unidade de Licitações, CEP 96020-480. Bairro Centro, Pelotas/RS.**

**Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:**

DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
UNIDADE DE LICITAÇÕES  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2016  
FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ  
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.11. Os prazos poderão ser prorrogados por solicitação justificada do licitante e desde que aceita pelo Pregoeiro.

9.12. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.13. Junto aos documentos exigidos para habilitação também deverá ser enviada a proposta devidamente assinada e carimbada.

9.14. Ainda, para ser declarada vencedora, a licitante deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta online. O cadastro e a habilitação parcial serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

9.14.1. Caso alguma certidão referente ao cadastro obrigatório esteja vencida no SICAF, serão aceitas consultas aos respectivos sítios oficiais.

9.15. Serão consultadas no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

9.15.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

9.15.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



9.15.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

9.15.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

9.16. Caso a empresa assinala de forma negativa no Compras Governamentais alguma das declarações referentes ao subitem acima, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço mencionado.

9.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.18. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

9.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.20. **Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos**, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.21. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.22. Os prazos poderão ser prorrogados por solicitação justificada do licitante desde que a solicitação seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e a justificativa aceita pelo Pregoeiro.

9.23. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.24. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

## 10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.



10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

## 13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O Registro de Preços será formalizado mediante a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme modelo anexo a este Edital.

13.1.1. A Ata da realização do Pregão Eletrônico, publicada no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

13.2. **Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços**, cujo prazo



de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. A convocação será efetuada prioritariamente via e-mail, e contato telefônico, quando se julgar necessário.

13.2.2. Alternativamente à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada.

13.3. **A Ata de Registro de Preços** remetida por e-mail deverá ser **retornada digitalizada, carimbada e com assinatura** do representante legal da empresa, para o endereço eletrônico **[pregao.heufpel@gmail.com](mailto:pregao.heufpel@gmail.com)** no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento do e-mail pela empresa.

13.3.1. A empresa deverá confirmar o recebimento do e-mail, caso não confirme, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail pela administração.

13.3.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura e retorno digitalizado da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito pela Administração.

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurado, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

13.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

13.6.1. O anexo mencionado será a “Ata do Cadastro de Reserva”, que é gerada automaticamente pelo sistema do Compras Governamentais após concedido prazo para cadastro de reserva, nos termos do Decreto 7.892/2013.

#### 14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.



14.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

14.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

14.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

14.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

## **15. DO PREÇO**

15.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

## **16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

## **17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

## **18. DO PAGAMENTO**

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega de todos os materiais constantes da Nota de Empenho e consequente apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado no verso da Nota Fiscal.

18.1.1. Caso não seja indicado no verso da Nota Fiscal os dados bancários para crédito em conta corrente, utilizar-se-á os dados fornecidos pela empresa no Formulário de Informações da Licitante, conforme Anexo IV deste edital.

18.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

18.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.





18.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

18.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após a homologação da licitação, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.



19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não manter a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, a critério da Administração;

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, conforme tipificação das condutas inidôneas e ilegais anexo a este edital.

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.



## 21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [pregao.heufpel@gmail.com](mailto:pregao.heufpel@gmail.com), ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Marcílio Dias, nº 939, Divisão Administrativa Financeira, Unidade de Licitações, CEP 96020-480. Bairro Centro, Pelotas/RS.

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

## 22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

## 23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.9. Ao HE- UFPel, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

23.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital.

23.11. **O prazo de entrega dos produtos** objeto da Nota de Empenho **não poderá exceder 15** (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.12. Os produtos deverão ter validade **superior a 24 (vinte e quatro) meses**, a contar da entrega.

23.13. Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação do HE-UFPel com a licitante poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser aquele cadastrado no Formulário de Informações do Licitante (modelo anexo ao edital), ou o e-mail cadastrado no SICAF ou, ainda, o e-mail cadastrado na Proposta.

23.13.1. A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.14. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

23.15. O HE-UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado

23.16. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

23.17. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, **exclusivamente** através do endereço eletrônico: **pregao.heufpel@gmail.com**.

23.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [www.ufpel.edu.br](http://www.ufpel.edu.br), e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Marcílio Dias, nº 939, Divisão Administrativa Financeira, Unidade de Licitações, CEP 96020-480. Bairro Centro, Pelotas/RS, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 23.19.1. ANEXO I – Termo de Referência
- 23.19.2. ANEXO II – Relação de Marcas Pré-Aprovadas por Item
- 23.19.3. ANEXO III – Quantitativo de Amostras por Item
- 23.19.4. ANEXO IV – Formulário de Informações da Licitante



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



- 23.19.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental
- 23.19.6. ANEXO VI – Das Condutas Inidôneas e Ilegais
- 23.19.7. ANEXO VII – Ata de Registro de Preços

Pelotas, 15 de dezembro de 2016.

Rodrigo de Quadros Leal  
Pregoeiro



**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2016**  
**Processo Administrativo nº 23110.009135/2016-64**

**1. DO OBJETO**

1.1. Esta licitação para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a **Aquisição de Material Médico Hospitalar**, conforme Pedido 38/2016, do(a) Setor de Suprimentos, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

Item	Quan- tidade	Unidade de Fornecimento	Código SIASG	Descrição	Valor unitário estimado	Participação
1	400	UNIDADE	390121	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 16 G X 3 1/2', TIPO PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II C/ ALETAS, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,79	Participação exclusiva para ME/EPP
2	400	UNIDADE	389190	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 3 1/2', TIPO PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 6,46	Participação exclusiva para ME/EPP
3	1.600	UNIDADE	389218	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 1/2', TIPO PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 7,76	Participação exclusiva para ME/EPP
4	800	UNIDADE	389941	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 27 G X 3 1/2', TIPO PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, C/ VISOR TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 11,67	Participação exclusiva para ME/EPP





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



5	400	UNIDADE	395643	AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO ÓSSEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 11 G X 10 CM, TIPO PONTA PIRAMIDAL, COMPONENTE EMPUNHADURA ANATÔMICA POLICARBONATO, COMPONENTE II C/ MANDRIL CENTIMETRADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ CÂNULA DE PROTEÇÃO, CONECTOR LUER LOCK, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 98,45	Participação exclusiva para ME/EPP
6	400	UNIDADE	412106	AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO P/ MEDULA ÓSSEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 16 G X CERCA DE 7 CM, TIPO PONTA PIRAMIDAL, COMPONENTE EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COMPONENTE I C/ BLOQUEADOR PROFUNDIDADE, COMPONENTE II CÂNULA EXTRATORA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA TORÇÃO P/ RETIRADA DA AMOSTRA, CONECTOR LUER LOCK, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 215,00	Ampla participação
7	39.000	FRASCO 100 ML	269941	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_ (70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 100 ML E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R\$ 2,55	Ampla participação
8	1.100	FRASCO 100 ML	269878	ANTISSEPTICO DERMATOLOGICO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA (0,5%), PARA USO HOSPITALAR. FRASCO DE 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 6,76	Participação exclusiva para ME/EPP
9	2.100	UNIDADE	283964	APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS, MATERIAL CABO PLÁSTICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,76	Participação exclusiva para ME/EPP
10	3.800	UNIDADE	193590	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COMPOSTO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILME MONOLÍTICO ABRANGENDO TODA A ÁREA DO AVENTAL, GRAMATURA DE 45 G/M2 COM PROPRIEDADE IMPERMEÁVEL DE USO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO EM MALHA CANELADA, HIPOALERGÊNICO. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E ESPOROS. MATÉRIA PRIMA NÃO CARCINOGÊNICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SANGUE, FLUIDOS CORPÓREOS E PRODUTOS QUIMIOTERÁPICOS. EMBALAGEM COM NÚMERO DO CADASTRO DA ANVISA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	R\$ 11,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



11	3.800	UNIDADE	193590	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILME MONOLÍTICO ABRANGENDO TODA A ÁREA DO AVENTAL, GRAMATURA DE 45 G/M2 COM PROPRIEDADE IMPERMEÁVEL DE USO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO EM MALHA CANELADA, HIPOALERGÊNICO. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E ESPOROS. MATÉRIA PRIMA NÃO CARCINOGENICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SANGUE, FLUIDOS CORPÓREOS E PRODUTOS QUÍMIOTERÁPICOS. EMBALAGEM COM NÚMERO DO CADASTRO DA ANVISA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	R\$ 3,03	Participação exclusiva para ME/EPP
12	62.400	UNIDADE	193590	AVENTAL DESCARTÁVEL TECIDO TNT NÃO ESTÉRIL, USO HOSPITALAR, GRAMATURA 30 G/M2, TIPO MANGA LONGA, TIPO PUNHO COM ELÁSTICO, COR, BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS AMARRAR COSTAS, CINTURA COSTURADA, TAMANHO ÚNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	R\$ 1,33	Ampla participação
13	35.000	UNIDADE	193590	AVENTAL OPA MANGA LONGA, CIRÚRGICO, DESCARTAVEL COR AZUL MATERIAL NÃO TECIDO, TAMANHO G, TEXTURA 3 CAMADAS, GRAMATURA 60 G/M2, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANGAS LONGAS, IMPERMEÁVEL A PRODUTOS SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS, TIPO DESCARTÁVEL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), ATENDENDO A NR06 E A NR32 PARA RISCOS BIOLÓGICOS.LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE BARREIRA MICROBIANA: BACTÉRIAS, ESPOROS E VÍRUS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 12,00	Ampla participação
14	1.600	UNIDADE	302825	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES 2,8 CM X 7 CM, MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,04	Participação exclusiva para ME/EPP
15	200	UNIDADE	255926	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 7 MM, COMPONENTES TUBO BALÃO BAIXA PRESSÃO, CONECTOR MONTADO, BALÃO, APLICAÇÃO ANESTESIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 34,21	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



16	200	UNIDADE	255101	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES TUBO BALÃO BAIXA PRESSÃO, CONECTOR MONTADO, BALÃO, APLICAÇÃO ANESTESIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 35,77	Participação exclusiva para ME/EPP
17	100	UNIDADE	316021	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 2 (65,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,86	Participação exclusiva para ME/EPP
18	100	UNIDADE	316023	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 4 (105,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,86	Participação exclusiva para ME/EPP
19	1.700	UNIDADE	300346	CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO VÍDEOLAPAROSCÓPIO, DIMENSÕES 12,5 CM X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 5,05	Participação exclusiva para ME/EPP
20	21.900	UNIDADE	279761	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMANHO Nº 14, COMPRIMENTO 50 CM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,65	Participação exclusiva para ME/EPP
21	200	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO PEDIÁTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 13 CM, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 5 FR COM LÚMENS 20 GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 120,00	Participação exclusiva para ME/EPP
22	400	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, LONGA PERMANÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL CATETER SILICONE RADIOPACO DESTACÁVEL, TIPO RESERVATÓRIO EM TITÂNIO, RECOBERTO EM SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL, CALIBRE CERCA DE 9 FR A 10 FR, COMPONENTES ADICIONAIS KIT INTRODUTOR COMPLETO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 687,00	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



23	200	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 3.0 FR (20GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.53 mm, UM LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 35 mm DE COMPRIMENTO/ 19GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 354,34	Participação exclusiva para ME/EPP
24	400	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 5.0 FR (16GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.76 mm, UM LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 36 mm DE COMPRIMENTO/ 13GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 237,25	Ampla participação
25	700	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO RADIOPACO, TIPO PONTA MONO LÚMEN, TIPO CENTIMETRADO, DIÂMETRO 6 FR COM LÚMEN 14GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT C/ AGULHA INTRODUTORA E FIO GUIA, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS CONECTOR LUER LOCK, SERINGA 5 ML ACESSÓRIO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO FIXAÇÃO ABA P/ SUTURA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 41,79	Participação exclusiva para ME/EPP
26	700	UNIDADE	193590	CATETER CENTRAL, MATERIAL POLIURETANO TIPO 2, TIPO PONTA DUPLO LÚMEN, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/16G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA, C/ SISTEMA ADVANCER, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS INTRODUTOR E DILATADOR. MODELO ACESSÓRIO C/ SERINGA 5ML, RAULERSON P/PASSAGEM GUIA METÁLICO, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 58,37	Participação exclusiva para ME/EPP
27	300	UNIDADE	193590	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 15 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	R\$ 173,13	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



28	300	UNIDADE	193590	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 20 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	R\$ 106,60	Participação exclusiva para ME/EPP
29	200	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO SILICONIZADO, CALIBRE 16 G, COMPRIMENTO 30,5 CM, APLICAÇÃO PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,40	Participação exclusiva para ME/EPP
30	100	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO SILICONIZADO, CALIBRE 19 G, COMPRIMENTO 20,3 CM, APLICAÇÃO PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE C/ AGULHA 17G X 5,1CM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,40	Participação exclusiva para ME/EPP
31	200	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON, CALIBRE 22 G, COMPRIMENTO 20,3 CM, APLICAÇÃO PUNÇÃO SUBCLAVIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, SILICONIZADO, BAINHA PROTETORA, C/GUIA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO RECÉM-NASCIDO, TIPO RADIOPACO, COR CONECTOR LUER VERDE, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE C/AGULHA 19G x 5,1CM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 26,00	Participação exclusiva para ME/EPP
32	800	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 14G X 2', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (2,10 MM X 50 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 315 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,48	Participação exclusiva para ME/EPP
33	800	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 16G X 1-3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (1,3 MM X 45 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 210 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,49	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



34	6.250	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 18G, AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (1,3MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 110ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,39	Participação exclusiva para ME/EPP
35	13.250	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 20G X 1-1/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, TRIFACETADO, COR (1,10MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 65 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,62	Participação exclusiva para ME/EPP
36	22.650	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 22G X 1', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (0,9MM X 25MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 38ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,42	Participação exclusiva para ME/EPP
37	21.850	UNIDADE	193590	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (0,7MM X 19MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 24ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,55	Participação exclusiva para ME/EPP
38	160	UNIDADE	193590	CATETER, MATERIAL PVC, TIPO URETRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUIA DUPLO 0,038' 150 CM E FORMATO 'J', COMPRIMENTO 260 CM, USO ADULTO, CALIBRE 6. EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 429,00	Participação exclusiva para ME/EPP
39	320	UNIDADE	278444	CATETER, MATERIAL NYLON, TIPO EPIDURAL, APLICAÇÃO ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA, DIÂMETRO INTERNO 16, DIÂMETRO EXTERNO 1,05, COMPRIMENTO 91,4 CM, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 40,81	Participação exclusiva para ME/EPP





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



40	3.000	UNIDADE	281420	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,04	Participação exclusiva para ME/EPP
41	160	UNIDADE	193590	CATETER PARA HEMODIÁLISE COM TRÊS VIAS, IDEAL PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE E NECESSITAM DE INFUSÃO DE DROGAS VASOATIVAS, NUTRIÇÃO PARENTERAL E HEMODERIVADOS, 11,5FX20 CM, EM POLIURETANO, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	R\$ 182,20	Participação exclusiva para ME/EPP
42	320	UNIDADE	193590	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 30 CM A 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN. CALIBRE 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 34,00	Participação exclusiva para ME/EPP
43	80	UNIDADE	193590	CATETER UMBILICAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, CALIBRE 3, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 40 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 25,86	Participação exclusiva para ME/EPP
44	320	UNIDADE	193590	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM A 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN, CALIBRE 3,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,00	Participação exclusiva para ME/EPP
45	630	FRASCO 1000 ML	269876	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE. CAPACIDADE 1000 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 9,34	Participação exclusiva para ME/EPP
46	162	FRASCO 1000 ML	269877	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 4%, APLICAÇÃO DEGERMANTE. CAPACIDADE 1000 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 12,25	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



47	940	UNIDADE	363484	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,65	Participação exclusiva para ME/EPP
48	2.660	UNIDADE	363485	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 9,00	Participação exclusiva para ME/EPP
49	2.520	UNIDADE	193590	COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA E OUTROS COMPONENTES, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 6,64	Participação exclusiva para ME/EPP
50	40.000	UNIDADE	193590	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 80 (+/-10) ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEADA. APLICAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,08	Participação exclusiva para ME/EPP
51	12.704	PACOTE 500 UNIDADES	193590	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 63,32	Ampla participação
52	156	UNIDADE	367057	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C/3VIAS, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR 1,20M C/PINÇA CORTA-FLUXO PLANA, ACESSÓRIOS DRENO DE TÓRAX Nº26 C/ FIO RADIOPACO, USO ATÓXICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 37,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



53	156	UNIDADE	284069	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁDICOS, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº 30, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 41,75	Participação exclusiva para ME/EPP
54	156	UNIDADE	282275	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO SUB-AQUÁTICA, EXTENSÃO 2M POLIETILENO TRANSPARENTE, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR UNIVERSAL, C/SUORTE, BASE E ALÇA, ACESSÓRIOS DRENO Nº32, MULTIFENESTRA, FURO SENTINELA, FIO RADIOP, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 22,50	Participação exclusiva para ME/EPP
55	21.900	UNIDADE	402817	CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO PLACA, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 20 CM, COMPONENTES NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRÓFILO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,99	Ampla participação
56	268	GALÃO 5 LITROS	193590	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. DEVE CONTER TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 146,15	Participação exclusiva para ME/EPP
57	1.248	UNIDADE	193590	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,6 A 1,7 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 75,00	Ampla participação
58	1.248	UNIDADE	193590	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,9 A 2,1 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 75,00	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



59	1.560	UNIDADE	313439	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO Nº 6. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,28	Participação exclusiva para ME/EPP
60	78	UNIDADE	279567	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 8, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 13,89	Participação exclusiva para ME/EPP
61	78	UNIDADE	279561	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 10, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 13,18	Participação exclusiva para ME/EPP
62	78	UNIDADE	279562	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 12, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 15,17	Participação exclusiva para ME/EPP
63	78	UNIDADE	279563	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 14, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 16,58	Participação exclusiva para ME/EPP
64	94	UNIDADE	279564	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 16, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,57	Participação exclusiva para ME/EPP
65	78	UNIDADE	279565	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 18, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,08	Participação exclusiva para ME/EPP
66	78	UNIDADE	279566	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 20, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,83	Participação exclusiva para ME/EPP
67	78	UNIDADE	283576	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 22, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,85	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



68	78	UNIDADE	279577	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,2 MM (1/8"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 29,83	Participação exclusiva para ME/EPP
69	156	UNIDADE	279578	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 4,8 MM (3/16"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 29,00	Participação exclusiva para ME/EPP
70	156	UNIDADE	279579	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 6,4 MM (1/4"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 30,94	Participação exclusiva para ME/EPP
71	160	UNIDADE	193590	ELETRODO EM GEL AQUOSO DE POTÁSSIO CLORÍDRICO (KCL), ISENTO DE PVC E LÁTEX, DISCO DO ELETRODO PLÁSTICO NYLON VERDE, USO ADULTO, ESPONJA EM DISCO DO SENSOR ESPUMA DE POLIURETANO E POLIÉSTER; CONECTOR POLICARBONATO PLÁSTICO, LADO COM ELETRODOS ADESIVO HIPOALERGÊNICO, CIRCUITO FLEXÍVEL POLIÉSTER. DIMENSÕES DO SENSOR 27,94 CM X 2,54 CM (APROXIMADAMENTE) PESO 3.7 G (APROXIMADAMENTE) COM EMBALAGEM: 16.8 G (APROXIMADAMENTE), QUANTIDADE DE ELETRODOS NO SENSOR 4 (QUATRO), PRODUTO DE USO ÚNICO. COMPATÍVEL COM MONITORES MULTI-PARAMÉTRICOS DIXTAL, DRAEGER, PHILIPS, GE E MINDRAY QUE POSSUEM MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DO ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA OU MONITOR STAND ALONE. EMBALADO EM PAPEL DE ALUMÍNIO E POLIETILENO, CAIXAS COM 25 UNIDADES. DEVEM CONSTAR IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 115,00	Participação exclusiva para ME/EPP
72	218.000	UNIDADE	193590	TIRAS DE GLICEMIA - Tiras teste para determinação de glicemia em sangue fresco, absorção por capilaridade através de orifício na extremidade da tira, evitando assim contato de sangue com aparelho, volume de amostra sanguínea de 0,6 microlitros; faixa de medição de 20 a 500 mg/dl.; tipos de amostras: Capilar, Venosa, Arterial e Neonatal; <b>embaladas individualmente</b> , garantindo a integridade do produto; Embalagem com 50 ou 100 tiras teste, com identificação de produto, data de fabricação, lote e validade, com calibrador externo em cada embalagem que permite calibração dos aparelhos que serão fornecidos em regime de comodato e compatíveis com as tiras de glicemia, conforme edital. <b>APARELHOS COMODATADOS**</b>	R\$ 0,47	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



73	1.408	UNIDADE	193590	EQUIPO LINHA ARTERIAL PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8MM, SEM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXAO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PVC ATOXICO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 8,79	Participação exclusiva para ME/EPP
74	1.408	UNIDADE	193590	EQUIPO LINHA VENOSA, PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8 MM, COM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXÃO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PVC ATOXICO, MALEAVEL, FLEXIVEL, COM 02 ORIFICIOS, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 8,24	Participação exclusiva para ME/EPP
75	1.000	UNIDADE	386129	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,94	Participação exclusiva para ME/EPP
76	350	UNIDADE	389878	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO MEDIDOR DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA PONTA PERFURANTE C/ CÂMARA C/ TAMPA, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR C/ DERIVAÇÃO EM Y, TIPO CONECTOR LUER FÊMEA E LOCK MACHO C/ TAMPA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ESCALA GRADUADA 40CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,69	Participação exclusiva para ME/EPP
77	2.000	UNIDADE	193590	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 21, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,21	Participação exclusiva para ME/EPP





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



78	1.000	UNIDADE	193590	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 23, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,13	Participação exclusiva para ME/EPP
79	4.750	UNIDADE	193590	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 25, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,20	Participação exclusiva para ME/EPP
80	1.000	UNIDADE	193590	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 27, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,13	Participação exclusiva para ME/EPP
81	13.296	UNIDADE	277481	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS, BASE QUE PERMITA MANUSEIO A-. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,30	Participação exclusiva para ME/EPP
82	4.600	UNIDADE	419532	ESCOVA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 3, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 2.4 MM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,20	Participação exclusiva para ME/EPP
83	2.800	PACOTE 100 UNIDADES	272918	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 ESPATULAS	R\$ 10,85	Participação exclusiva para ME/EPP
84	292	GALÃO 5 LITROS	193590	ESTERILIZANTE QUÍMICO, COMPOSIÇÃO BASE DE ACETILCAPROLACTAM E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA, USO PARA PRODUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, TIPO CONJUNTO DE REAGENTES - PRONTO PARA USO, CONCENTRAÇÃO 0,2%, ACOMPANHADO DE AGENTES ANTICORROSIVOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 98,99	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



85	15.600	UNIDADE	193590	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; CONECTOR LUER SLIP COM O PACIENTE; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,64	Participação exclusiva para ME/EPP
86	94	FRASCO 30 ML	193590	FIXADOR CITOLÓGICO 30 ML, COM VÁLVULA ATOMIZADORA - SISTEMA SPRAY COM BORRIFADOR. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 6,46	Participação exclusiva para ME/EPP
87	219	CAIXA COM 100 UNIDADES	193590	FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER, MATERIAL POLIETILENO, TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER, 50MM X 74MM E 2 TIRAS EXTRAS COM 74MM X 12MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO. POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES E TUBULAÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 58,90	Participação exclusiva para ME/EPP
88	120	CAIXA COM 50 FOLHAS	193590	FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR AMARELA QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETA. O ENVELOPE CONTÉM 50 FOLHAS DA EMPRESA/MARCA <b>3 M</b> . DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1.764,99	Ampla participação
89	1.200	UNIDADE	193590	FRASCO COLETOR, MATERIAL PVC-ATÓXICO, CAPACIDADE 100 ML, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARCAÇÃO VOLUMÉTRICA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, MATERIAL TAMPA POLIPROPILENO, TIPO TAMPA ROSQUEADA COM ALÇA PARA FIXAÇÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO BRONCOSCOPIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,91	Participação exclusiva para ME/EPP
90	94	CAIXA COM 50 UNIDADES	193590	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO (AMPOLA), COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉVÁCUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTÍGRADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM À 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 50 –MARCA <b>3M</b>	R\$ 915,00	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



91	1.250	UNIDADE	193590	INFUSOR ELASTOMÉTRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 100ML-2ML/H.	R\$ 226,67	Ampla participação
92	160	UNIDADE	193590	INFUSOR ELASTOMÉRICO 300 ml 2 ml/h: INFUSOR ELASTOMÉTRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 300ML-2ML/H.	R\$ 226,67	Participação exclusiva para ME/EPP
93	2.000	UNIDADE	193590	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ISOLADOR DE PRESSÃO DO MANOMETRO PARA MAQUINA DE DIALISE, EM FORMA ESFEROIDAL, EM PLASTICO DENSO, COM FILTROS INTERNOS E HIDROFOBICOS, APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO/MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 0,61	Participação exclusiva para ME/EPP
94	160	UNIDADE	193590	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA CONTENDO SONDA DE TRAÇÃO TIPO PUXAR EM SILICONE TAMANHO 20FR, LAÇO METÁLICO PARA RECUPERAÇÃO DE 5FR, ADAPTADOR PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLUS, ADAPTADOR ROSCADO PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO, ANEL DE RETENÇÃO EXTERNA, AGULHA DE FILTRAGEM CALIBRE 22GA X 3,81CM, AGULHA DE CALIBRE 25GA X 1,58CM, PANO FENESTRADO COM PRESILHAS ADESIVAS, SERINGA DE 12ML, BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, AGULHA INTRODUTORA DE CALIBRE 14GA X 6,98 CM, FIO DE COLOCAÇÃO EM FORMA DE LAÇO, PINÇA DE TUBAGEM, COMPRESSAS DE GAZE, FIO DE SUTURA E INSTRUÇÕES DE USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM ESTÉRIL, COM DOCUMENTAÇÃO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R\$ 780,05	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



95	63	PACOTE 100 UNIDADES	318111	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 27 CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR AMARELA. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 UNIDADES	R\$ 20,34	Participação exclusiva para ME/EPP
96	16	CAIXA 100 UNIDADES	333633	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 10, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 38,49	Participação exclusiva para ME/EPP
97	63	CAIXA 100 UNIDADES	313571	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 34,24	Participação exclusiva para ME/EPP
98	16	CAIXA 100 UNIDADES	313628	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 37,74	Participação exclusiva para ME/EPP
99	47	CAIXA 100 UNIDADES	273178	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 37,24	Participação exclusiva para ME/EPP
100	16	CAIXA 100 UNIDADES	313629	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,23	Participação exclusiva para ME/EPP
101	16	CAIXA 100 UNIDADES	313630	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 33,14	Participação exclusiva para ME/EPP
102	16	CAIXA 100 UNIDADES	313631	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 35,11	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



103	320	CAIXA 50 UNIDADES	193590	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 MM X 25 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,05	Participação exclusiva para ME/EPP
104	310	CAIXA 50 UNIDADES	193590	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM X 75 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA LISA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 5,23	Participação exclusiva para ME/EPP
105	31	CAIXA 10 UNIDADES	193590	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 MM X 20 MM, ESPESSURA 0,13 A 0,16 MM; EMBALADA EM CAIXA DE PVC COM 10 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,00	Participação exclusiva para ME/EPP
106	93.600	UNIDADE	193590	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, TEMPO DE DISPARO: 3 SEGUNDOS. POSSUI PROTETOR PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO. AGULHA DE 23G COM 2 MM DE PROFUNDIDADE, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, EM CONFORMIDADE COM ISO 13485 E NR32. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, MINISTÉRIO DO TRABALHO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	R\$ 0,72	Participação exclusiva para ME/EPP
107	17.000	PAR	269946	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,04	Participação exclusiva para ME/EPP
108	15.600	PAR	269839	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,87	Participação exclusiva para ME/EPP
109	62.400	UNIDADE	193590	LUVA EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR CREME, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,20	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



110	10.000	UNIDADE	193590	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, COM <b>PROTEÇÃO</b> BIOLÓGICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MS E <b>CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</b>	R\$ 0,50	Participação exclusiva para ME/EPP
111	36.000	PAR	375837	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,15	Participação exclusiva para ME/EPP
112	101.400	UNIDADE	279581	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,50	Participação exclusiva para ME/EPP
113	156	ROLO 100 METROS	333813	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 70,51	Participação exclusiva para ME/EPP
114	156	ROLO 100 METROS	319363	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M <sup>2</sup> (PAPEL), 60G/M <sup>2</sup> (FILME). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 94,85	Participação exclusiva para ME/EPP
115	780	ROLO 100 METROS	193590	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, SEM FILME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 99,00	Participação exclusiva para ME/EPP
116	47	ROLO 100 METROS	193590	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 84 CM, COMPRIMENTO 100 METROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 37,00	Participação exclusiva para ME/EPP
117	47	ROLO 30 METROS	193590	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 58 MM, COMPRIMENTO 30 METROS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,97	Participação exclusiva para ME/EPP





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



118	624	BLOCO	193590	PAPEL PARA EXAME MÉDICO ELETRO CARDIOGRAMA, PAPEL TERMOSENSÍVEL, MAC 400 LARGURA 80 X 90 X 280 FOLHAS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO EM FOLHAS; <b>MARCA GE.</b> EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 16,90	Participação exclusiva para ME/EPP
119	312	PACOTE	193590	PAPEL REGISTRO CARDIOTOCÓGRAFO VERMELHO, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, REFERÊNCIA MODELO M1910A, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRAS EM Z. <b>MAGNA MEDICA.</b> DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 15,40	Participação exclusiva para ME/EPP
120	312	PACOTE	193590	PAPEL TERMOSENSÍVEL VERDE, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO 150 MM X 100 MM X 14,4 MTS, RESISTENTE A IMPRESSÕES, COM BAIXO ÍNDICE DE ABRASÃO E RESÍDUOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, USO APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL MARCA HP MODELO 1351-9031A SÉRIE 50, TIPO EM FOLHAS. <b>MARCA PHILIPS.</b> DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 30,00	Participação exclusiva para ME/EPP
121	4.752	UNIDADE	330952	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160 CM, LARGURA 52 CM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, ADICIONAIS TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,49	Participação exclusiva para ME/EPP
122	2.400	UNIDADE	193590	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO, EM VINIL TRILAMINADO FINA (SLIN), APROX. 2CM LARGURA POR 32 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE, SEM IMPRESSÃO, INDICADO PARA LONGA DURAÇÃO COM FECHO PLÁSTICO TIPO LACRE INVOLÁVEL, COR AMARELO (GEMA)	R\$ 0,34	Participação exclusiva para ME/EPP
123	126	ROLO 100 UNIDADES	193590	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHOS COMODATADOS**	R\$ 132,25	Participação exclusiva para ME/EPP
124	94	ROLO 200 UNIDADES	193590	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RN (PEDIÁTRICO) COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 200 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHOS COMODATADOS**	R\$ 60,00	Participação exclusiva para ME/EPP
125	133.000	UNIDADE	279405	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,18	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



126	109.200	UNIDADE	428803	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,39	Participação exclusiva para ME/EPP
127	183.000	UNIDADE	428920	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,42	Participação exclusiva para ME/EPP
128	327.000	UNIDADE	344227	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO LATERAL LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,78	Ampla participação
129	202.800	UNIDADE	193590	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,52	Ampla participação
130	3.120	UNIDADE	428809	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,11	Participação exclusiva para ME/EPP
131	1.560	UNIDADE	299044	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO TIPO CATETER, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,70	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



132	620	UNIDADE	293432	SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO EXAME DE TOMOGRAFIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR BAIXA PRESSÃO, TUBO DE ENCHIMENTO RÁPIDO, TIPO COMPATÍVEL COM A BOMBA INFUSORA MEDRAD. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 60,23	Participação exclusiva para ME/EPP
133	2.340	UNIDADE	193590	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 04 FR, COM Sonda graduada em centímetros, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,82	Participação exclusiva para ME/EPP
134	2.000	UNIDADE	193590	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 10 FR, COM Sonda graduada em centímetros, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,63	Participação exclusiva para ME/EPP
135	5.000	UNIDADE	193590	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 12 FR, COM Sonda graduada em centímetros, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,63	Participação exclusiva para ME/EPP
136	1.248	GALÃO 5 LITROS	193590	SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO CLORETO DE SÓDIO 210,70 G, CLORETO DE POTÁSSIO 3,92G, CLORETO DE CÁLCIO 15,44G, CLORETO DE MAGNÉSIO 3,56G, ÁCIDO ACÉTICO 6,31G, TIPO FRAÇÃO ÁCIDA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 8,93	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



137	858	FRASCO 100 ML	193590	SOLUÇÃO AQUOSA CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA PARA ANTISSEPÇÃO APRESENTAÇÃO ALMOTOLIA DE 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,96	Participação exclusiva para ME/EPP
138	1.248	GALÃO 5 LITROS	193590	SOLUÇÃO BÁSICA PARA HEMODIÁLISE COMPOSIÇÃO BICARBONATO DE SÓDIO 84 G/L, TIPO FRAÇÃO BÁSICA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 9,95	Participação exclusiva para ME/EPP
139	1.000	FRASCO 100 ML	193590	SOLUÇÃO COLORIDA CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA PARA ANTISSEPÇÃO TÓPICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, COLORIDAS ARTIFICIALMENTE COM CORANTE HIPOALERGÊNICO. APRESENTAÇÃO ALMOTOLIA 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,09	Participação exclusiva para ME/EPP
140	80	GALÃO 5 LITROS	193590	SOLUÇÃO EQUILIBRADA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO ACÉTICO, ESTABILIZANTE, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO PERACÉTICO 3,4%, DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE COM SISTEMA DE MISTURA PROPORCIONAL, APRESENTAÇÃO EM GALÕES DE 5 L, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.</b>	R\$ 41,75	Participação exclusiva para ME/EPP
141	320	UNIDADE	193590	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO, COMPOSTO POR SONDA PARA ASPIRAÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC; SONDA CENTIMETRADA, GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 39 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE 14 FR, COM ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA, PONTA ARREDONDADA, LUVA EM PLÁSTICO SILICONIZADO NO CORPO DA SONDA, CONECTOR EM T, ADAPTADOR COM VIA DE INSTILAÇÃO DE FLUIDOS, COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, CONECTOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE AEROSOL, ADAPTÁVEL EM TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA EM PÉTALA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO OBEDECENDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 51,95	Participação exclusiva para ME/EPP
142	160	UNIDADE	193590	SONDA GASTROSTOMIA CIRÚRGICA, MATERIAL SILICONE OU POLIURETANO, TAMANHO 20 FR, 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO EXTERNO, BALÃO INTERNO 20 CC, COMPRIMENTO 25 CM, APLICAÇÃO GASTROSTOMIA, EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 180,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



143	1.700	UNIDADE	193590	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,25	Participação exclusiva para ME/EPP
144	3.200	UNIDADE	193590	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,93	Participação exclusiva para ME/EPP
145	210	UNIDADE	193590	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 20, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 17,25	Participação exclusiva para ME/EPP
146	160	UNIDADE	193590	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 22, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA PERMITA TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA FUNIL, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 23,25	Participação exclusiva para ME/EPP
147	500	UNIDADE	193590	SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO TRANSPARENTE, TAMANHO Nº 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 105 CM.DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,55	Participação exclusiva para ME/EPP
148	780	UNIDADE	193590	SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO TRANSPARENTE, TAMANHO Nº20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 105. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,72	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



149	780	UNIDADE	193590	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 20, SILICONIZADA, COM ORIFÍO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,36	Participação exclusiva para ME/EPP
150	500	UNIDADE	193590	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 22, SILICONIZADA, COM ORIFÍO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,67	Participação exclusiva para ME/EPP
151	6.000	UNIDADE	193590	SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 12, COMPRIMENTO 40 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,00	Participação exclusiva para ME/EPP
152	2500	UNIDADE	193590	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM <b>UNIDADE INDIVIDUAL</b> , TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,17	Participação exclusiva para ME/EPP
153	44.000	UNIDADE	193590	TAMPA PLÁSTICA PARA CONEXÕES LUER E/OU LUER-LOCK (MACHO). VEDAÇÃO HERMÉTICA DE SERINGAS E EQUIPOS, ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,31	Participação exclusiva para ME/EPP
154	20.000	UNIDADE	193590	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,37	Participação exclusiva para ME/EPP
155	160	UNIDADE	193590	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, TIPO TECIDO NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO 7 CM, LARGURA 15 CM, POROS 1-2 MM, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 97,00	Participação exclusiva para ME/EPP





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



156	160	UNIDADE	193590	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, TIPO MARLEX, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 92,98	Participação exclusiva para ME/EPP
157	780	UNIDADE	193590	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, MATERIAL PONTA FLEXÍVEL BORRACHA, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCÚRIO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,55	Participação exclusiva para ME/EPP
158	71.760	UNIDADE	193590	TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS COM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1,21	Ampla participação
159	80	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 5,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 14,48	Participação exclusiva para ME/EPP
160	160	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,53	Participação exclusiva para ME/EPP
161	80	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,53	Participação exclusiva para ME/EPP
162	100	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 32,53	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



163	470	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL* PVC, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO* 7,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES* MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 60,00	Participação exclusiva para ME/EPP
164	780	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL* PVC, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO* 8,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES* MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 10,00	Participação exclusiva para ME/EPP
165	470	UNIDADE	193590	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; EM PVC E SILICONE ATÓXICO, COM BALONETE (CUFF); TAMANHO 8,5; O TUBO DEVE POSSUIR PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA COM FURO MURPHY E PAREDES FINAS E DELGADAS; A VÁLVULA INTERNA DO BALONETE PILOTO (CUFF) DEVE POSSUIR CONECTOR UNIVERSAL ADAPTÁVEL À SERING SLIP; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM VISIVELMENTE IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; EXTREMIDADE DISTAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 6,38	Participação exclusiva para ME/EPP
166	320	UNIDADE	193590	UNIDADE NEBULIZADORA COMPOSTA POR: CABEÇOTE E RECIPIENTE PLÁSTICO GRADUADO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 8 ML, MÁSCARA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO ADULTO, CONECTOR E EXTENSÃO PARA USO EM LINHA DE OXIGÊNIO, CODIFICADO PELA COR VERDE. DESMONTÁVEL, REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UMA UNIDADE, APRESENTANDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 15,53	Participação exclusiva para ME/EPP
167	384	ENVELOPE	281754	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLECAPRONE, TIPO FIO 2-0, COR VIOLETA, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL	R\$ 10,52	Participação exclusiva para ME/EPP
168	384	ENVELOPE	281037	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 5-0, COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 1,50 CM, ESTÉRIL	R\$ 6,67	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



169	768	ENVELOPE	281890	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 2,36	Participação exclusiva para ME/EPP
170	1.128	ENVELOPE	306441	FIO DE SUTURA, MATERIAL ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO FIO 3-0, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,4, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 9,14	Participação exclusiva para ME/EPP
171	3.744	ENVELOPE	193590	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA, TIPO FIO 3-0, COR VIOLETA TRANÇADA, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,60, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 8,34	Participação exclusiva para ME/EPP
172	192	ENVELOPE	281598	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,30, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 13,24	Participação exclusiva para ME/EPP
173	264	ENVELOPE	284479	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM.	R\$ 7,30	Participação exclusiva para ME/EPP
174	192	ENVELOPE	284480	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 4-0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM.	R\$ 6,64	Participação exclusiva para ME/EPP
175	144	ENVELOPE	281563	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3/8 - 31 mm, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 7,68	Participação exclusiva para ME/EPP
176	264	ENVELOPE	299977	FIO DE SUTURA, MATERIAL ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO FIO 8-0, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO ESPATULADA, COMPRIMENTO AGULHA 0,65, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R\$ 43,89	Participação exclusiva para ME/EPP

1.2. Para os itens 72, 123 e 124 devem ser fornecidos aparelhos em regime de comodato. As informações necessárias se encontram dispostas na cláusula 3, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, neste termo de referência.

## 2. DAS AMOSTRAS

2.1. O Pregoeiro solicitará dos licitantes classificados em primeiro lugar a apresentação de amostra(s) para todos os itens, que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data da solicitação, no ALMOXARIFADO do Hospital Escola da UFPel, localizado na Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, aos cuidados de Angela Camejo, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

2.1.1. A quantidade de amostra a ser enviada está descrita no ANEXO III deste edital.



2.1.2. Para as **marcas pré-aprovadas** na padronização do Hospital Escola da UFPel **não há a necessidade de envio de amostra**. A relação dessas marcas encontra-se no **ANEXO II**, junto ao Termo de Referência.

2.2. As amostras deverão estar embaladas adequadamente e identificadas, com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa, número da licitação, número do processo, razão social do proponente e o número do item a que se refere;

2.2.1. **O endereço para envio das amostras não é o mesmo para envio da documentação original exigida.**

2.3. As amostras serão analisadas pelos responsáveis técnicos de acordo com os descritivos solicitados e padronizados no hospital, confirmando a qualidade do mesmo.

2.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

2.5. **No caso de não haver entrega da amostra** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

2.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

2.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

2.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras não consumidas no processo de avaliação poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

2.9. **As Amostras não interferem no quantitativo do edital.**

### 3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. Os materiais a serem entregues devem estar de acordo com os descritivos contidos neste termo de referência.

3.2. Os produtos deverão ter validade **superior a 24 (vinte e quatro) meses**, a contar da entrega.

3.3. Os itens nº 57, 58, 73, 74, 88, 90, 93, 118, 119, 120, 132, 136, 138 e 140 precisam ser de marcas específicas para a utilização nos equipamentos do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas.

3.4. **Os aparelhos para utilização dos itens 72, 123 e 124 devem ser fornecidos em regime de comodato**, conforme o quantitativo e descritivos abaixo:

3.4.1. **Item 72 – Tiras de Glicose – Devem ser fornecidas a quantidade de 100 aparelhos novos, havendo a reposição imediata quando o aparelho apresentar modos de falha que venham a interferir no seu devido funcionamento.**

3.4.1.1. **Especificações do Aparelho para Tiras De Glicemia** - Os aparelhos são compatíveis com as tiras de glicemia, possuem display líquido e iluminação automática, tecnologia enzimática desidrogenase. Bateria de lítio de CR 2032 que fornece energia para prolongada vida útil ou até 1.000 testes. O equipamento não realiza leitura em tiras já utilizadas ou danificadas. Memória com capacidade para 450 testes. Indicação,



no visor, do nível de carga da bateria. Possui detector automático de colocação de amostras sanguíneas, exibindo o início da contagem de tempo automático.

**3.4.2. Item 123 e 124 – Pulseiras – Devem ser fornecidas a quantidade de 4 impressoras (duas para cada item) novas havendo a manutenção sempre que necessário. A instalação e treinamento também deve ser obrigações da contratada. A entrega deverá ser do total (2 unidades de cada item) quando for executado o primeiro empenho.**

**3.4.2.1. Especificações da Impressora para as Pulseiras:** Impressora de impressão de código de barras diretamente na superfície da pulseira de identificação. Ultra compacta, veloz. A impressão dos dados é térmica, ou seja, não utiliza tinta ou ribbon e sim o calor, que é o que possibilita a fixação prolongada. Processador: 32 Bits – RISC; Memória: 4MB Flash / 8MB SDRAM – Slot de Expansão para MicroSD 4GB; Interface: USB 2.0 e Ethernet 10/100; Sensores: Gap (deslocamento de 4mm do centro) / Sensor Reflexivo – Ajustável (Marca Preta); Real Time Clock: Padrão, Alimentação: Fonte Externa Full Range – Entrada: 100 240 VAC / Saída: 24VDC 2ª; Características da Impressão; Método de Impressão: Térmico Direto Velocidade de Impressão: 2, 3, 4 e 5 Polegadas por segundo; Largura Máxima de Impressão: 52mm; Comprimento Máximo de Impressão: 2268mm; Linguagem de Programação; TSPL-EZ (Emulação de EPL e ZPL).

**3.5. Os aparelhos em comodato deverão ficar à disposição na instituição até terminar o estoque de materiais empenhados.**

3.6. No caso de algum equipamento/aparelho em comodato apresentar defeito e tornar-se indisponível para operação, o retorno pela CONTRATADA para **reposição ou manutenção não deverá ultrapassar o prazo máximo de 72 horas** a contar da data do chamado realizado pela CONTRATANTE, a fim de não haver descontinuidade no serviço prestado. A substituição ou manutenção do(s) equipamento(s)/aparelho(s) durante o período do comodato ocorrerá sem ônus para a CONTRATANTE, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário a retirada para conserto ou substituição), neste período será por conta da licitante vencedora.

#### **4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO**

4.1. A documentação que deverá ser enviada após a fase de lances por meio do endereço eletrônico **pregao.heufpel@gmail.com**, conforme subitem 9.6 do edital, é a seguinte:

4.1.1. **Proposta com os valores finais negociados**, devidamente assinada, contendo especificação do produto ofertado, quantidade e valor, **contendo o número do Registro** com 13 (treze) dígitos (ou dispensa de registro, se for o caso) do produto junto ao Ministério da Saúde-ANVISA;

4.1.2. **Formulário de Informações do Licitante**, conforme modelo do **Anexo IV** do edital;

4.1.3. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de **Sustentabilidade Ambiental** conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG. Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no **Anexo V** do edital);

4.1.4. **O Registro de produto fornecido pela ANVISA com 13 (treze) dígitos ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro.** (Poderá ser apresentado através de: a) documento impresso oriundo do site da



ANVISA, o qual terá sua autenticidade verificada posteriormente pela internet; b) cópia autenticada ou original ou, ainda; c) cópia autenticada ou Original da publicação do registro ou cadastramento no Diário Oficial da União);

4.1.4.1. Caso o Registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação, sendo necessário que este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art.12, 6º da Lei nº6.360/76, regulamentada do decreto nº79.094/77;

4.1.4.2. **Os Registros, Declarações de Notificação Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro** deverão ser devidamente identificados com o número do item cotado, de forma que possa ser verificado pela Comissão de Licitação.

4.1.5. **Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal**, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede do licitante.

4.1.6. **Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

4.1.6.1. A AFE deverá estar dentro do prazo de validade ou deverá ser de prazo de validade indeterminado;

4.1.7. **A não apresentação da AFE implicará na desclassificação do item cotado.**

4.2. O prazo mínimo para envio dos documentos será de 2 (duas) horas e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.

4.3. Os documentos acima mencionados deverão ser digitalizados, com assinatura do representante da empresa e com carimbo.

4.4. O endereço para envio é o seguinte: **Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Rua Marcílio Dias, nº 939, Divisão Administrativa Financeira, Unidade de Licitações, CEP 96020-480. Bairro Centro, Pelotas/RS.**

**Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:**

DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
UNIDADE DE LICITAÇÕES  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2016  
FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ  
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

## **5. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA**

5.1. O prazo de entrega dos produtos não poderá exceder a 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

5.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no seguinte endereço: Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.





## **6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

6.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **7. DA NOTA DE EMPENHO**

7.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo para entrega dos produtos começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

7.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal da Transparência.

## **8. DA NOTA FISCAL**

8.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado no verso desta os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente). Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

9.1.7. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

9.1.8. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

10.1.2. é imprescindível que os cronogramas de entregas sejam respeitados nos prazos programados;

10.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.4. evitar etiquetas em cima das descrições nas caixas;

10.1.5. quando houver diferentes tipos de materiais em uma caixa, os mesmos devem estar descritos e quantificados na parte externa da mesma;

10.1.6. não enviar caixas fracionadas sem identificação;

10.1.7. identificar nas caixas quando o material for frágil;

10.1.8. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.9. caso sejam constatadas avarias nos materiais entregues e/ou danos físicos externos visíveis nas caixas, entrar-se-á em contato com os responsáveis, em um período de até 24 horas após a entrega, para providenciar a respectiva devolução dos materiais;

10.1.10. enviar o conhecimento de entrega dos materiais hospitalares separado do conhecimento de entrega dos medicamentos;

10.1.11. respeitar os horários para entregas de materiais no almoxarifado: das 8hs às 11:00h e das 14:00 às 17h (de segunda a sexta feira); e sábados, das 8:00 às 11:00;

10.1.12. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



- 10.1.13. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.1.14. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 10.1.15. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;
- 10.1.16. caso ocorram problemas com as recomendações especificadas, o material poderá ser devolvido e será feita notificação ao fornecedor.

## 11. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.5. cometer fraude fiscal;
- 12.1.6. não mantiver a proposta.

- 12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 12.2.2. multa moratória, que será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:
  - 12.2.2.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;
  - 12.2.2.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;
  - 12.2.2.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30º (trigésimo) dia de atraso.
- 12.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução parcial ou total do objeto;
- 12.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 12.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a



reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



## ANEXO II – Relação de Marcas Pré-Aprovadas por Item

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCAS PRÉ-APROVADAS
1	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 16 G X 3 1/2', TIPO PONTA PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II C/ ALETAS, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD
2	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 3 1/2', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD
3	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 1/2', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD
4	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 27 G X 3 1/2', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, C/ VISOR TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD
5	AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO ÓSSEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 11 G X 10 CM, TIPO PONTA PONTA PIRAMIDAL, COMPONENTE EMPUNHADURA ANATÔMICA POLICARBONATO, COMPONENTE II C/ MANDRIL CENTIMETRADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ CÂNULA DE PROTEÇÃO, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
6	AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO P/ MEDULA ÓSSEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 16 G X CERCA DE 7 CM, TIPO PONTA PONTA PIRAMIDAL, COMPONENTE EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COMPONENTE I C/ BLOQUEADOR PROFUNDIDADE, COMPONENTE II CÂNULA EXTRATORA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA TORÇÃO P/ RETIRADA DA AMOSTRA, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_ (70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 100 ML E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
8	ANTISSEPTICO DERMATOLOGICO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA (0,5%), PARA USO HOSPITALAR. FRASCO DE 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
9	APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



10	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COMPOSTO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILME MONOLÍTICO ABRANGENDO TODA A ÁREA DO AVENTAL, GRAMATURA DE 45 G/M2 COM PROPRIEDADE IMPERMEÁVEL DE USO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO EM MALHA CANELADA, HIPOALERGÊNICO. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E ESPOROS. MATÉRIA PRIMA NÃO CARCINOGENICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SANGUE, FLUIDOS CORPÓREOS E PRODUTOS QUIMIOTERÁPICOS. EMBALAGEM COM NÚMERO DO CADASTRO DA ANVISA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	LIFEMED
11	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILME MONOLÍTICO ABRANGENDO TODA A ÁREA DO AVENTAL, GRAMATURA DE 45 G/M2 COM PROPRIEDADE IMPERMEÁVEL DE USO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO EM MALHA CANELADA, HIPOALERGÊNICO. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E ESPOROS. MATÉRIA PRIMA NÃO CARCINOGENICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SANGUE, FLUIDOS CORPÓREOS E PRODUTOS QUIMIOTERÁPICOS. EMBALAGEM COM NÚMERO DO CADASTRO DA ANVISA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	
12	AVENTAL DESCARTÁVEL TECIDO TNT NÃO ESTÉRIL, USO HOSPITALAR, GRAMATURA 30, TIPO MANGA LONGA, TIPO PUNHO COM ELÁSTICO, COR C/ BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS AMARRAR COSTAS, CINTURA COSTURADA, TAMANHO ÚNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.	
13	AVENTAL OPA MANGA LONGA, CIRÚRGICO, DESCARTAVEL COR AZUL MATERIAL NÃO TECIDO, TAMANHO G, TEXTURA 3 CAMADAS, GRAMATURA 60, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANGAS LONGAS, IMPERMEÁVEL A PRODUTOS SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS, TIPO DESCARTÁVEL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), ATENDENDO A NR06 E A NR32 PARA RISCOS BIOLÓGICOS.LAUDOS COMPROBÁTORIOS DE BARREIRA MICROBIANA: BACTÉRIAS, ESPOROS E VÍRUS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	CLEANTECH
14	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES 2,8 CM X 7 CM, MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
15	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 7, COMPONENTES TUBO BALÃO BAIXA PRESSÃO, CONECTOR MONTADO, BALÃO, APLICAÇÃO ANESTESIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	PORTEX
16	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8, COMPONENTES TUBO BALÃO BAIXA PRESSÃO, CONECTOR MONTADO, BALÃO, APLICAÇÃO ANESTESIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	PORTEX
17	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 2, TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



18	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 4, TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
19	CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO VÍDEOLAPAROSCÓPIO, DIMENSÕES 12,5 X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sul 3 / Esterili - Medi- Camahe / M.PANIAGUA
20	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 14. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed
21	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO PEDIÁTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 13, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 5 FR COM LÚMENS 20 GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	ARROW
22	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, LONGA PERMANÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL CATETER SILICONE RADIOPACO DESTACÁVEL, TIPO RESERVATÓRIO EM TITÂNIO, RECOBERTO EM SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL, CALIBRE CERCA DE 9 A 10, COMPONENTES ADICIONAIS KIT INTRODUTOR COMPLETO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Biomed, MEDCOMP
23	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 3.0 FR (20GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.53 mm, UM LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 35 mm DE COMPRIMENTO/ 19GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	
24	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 5.0 FR (16GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.76 mm, UM LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 36 mm DE COMPRIMENTO/ 13GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
25	CATETER CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO RADIOPACO, TIPO PONTA MONO LÚMEN, TIPO CENTIMETRADO, DIÂMETRO 6 FR COM LÚMEN 14GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT C/ AGULHA INTRODUTORA E FIO GUIA, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS CONECTOR LUER LOCK, SERINGA 5 ML ACESSÓRIO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO FIXAÇÃO ABA P/ SUTURA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	ARROW
26	CATETER CENTRAL, MATERIAL POLIURETANO TIPO 2, TIPO PONTA DUPLO LÚMEN, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/16G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA, C/ SISTEMA ADVANCER, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS INTRODUTOR E DILATADOR. MODELO ACESSÓRIO C/ SERINGA 5ML, RAULERSON P/PASSAGEM GUIA METÁLICO, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	MAX CIRÚRGICA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



27	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12FX15 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	Retirei a marca padronizada
28	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12FX20 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	ARROW
29	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO SILICONIZADO, CALIBRE 16 G, COMPRIMENTO 30,5, APLICAÇÃO PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / I-Cath
30	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO SILICONIZADO, CALIBRE 19 G, COMPRIMENTO 20,3, APLICAÇÃO PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE C/ AGULHA 17G X 5,1CM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / I-Cath
31	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON, CALIBRE 22 G, COMPRIMENTO 20,3, APLICAÇÃO PUNÇÃO SUBCLAVIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, SILICONIZADO, BAINHA PROTETORA, C/GUIA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO RECÉM-NASCIDO, TIPO RADIOPACO, COR CONECTOR LUER VERDE, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE C/AGULHA 19G x 5,1CM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / I-Cath
32	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 14G X 2', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (2,10 MM X 50 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 315 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Johnson / Jelco
33	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 16G X 1-3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (1,3 MM X 45 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 210 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Johnson / Jelco
34	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 18G, AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (1,3MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 110ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Johnson / Jelco
35	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 20G X 1-1/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, TRIFACETADO, COR (1,10MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 65 ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Johnson / Jelco



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



36	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 22G X 1', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (0,9MM X 25MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 38ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Johnson / Jelco
37	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, COR (0,7MM X 19MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 24ML/MIN. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Johnson / Jelco
38	CATETER, MATERIAL PVC, TIPO URETRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUIA DUPLO 0,038' 150 CM E FORMATO 'J', COMPRIMENTO 260, USO ADULTO, CALIBRE 6. EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	MEDICAL
39	CATETER, MATERIAL NYLON, TIPO EPIDURAL, APLICAÇÃO ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA, DIÂMETRO INTERNO 16, DIÂMETRO EXTERNO 1,05, COMPRIMENTO 91,4, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Portex/B Braun
40	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramed / Markmed
41	CATETER PARA HEMODIÁLISE COM TRÊS VIAS, IDEAL PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE E NECESSITAM DE INFUSÃO DE DROGAS VASOATIVAS, NUTRIÇÃO PARENTERAL E HEMODERIVADOS, 11,5FX20 CM, EM POLIURETANO, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	Retirei a marca padronizada
42	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 30 A 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN. CALIBRE 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Medical
43	CATETER UMBILICAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, CALIBRE 3, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Medical
44	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 30 A 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN. CALIBRE 3,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Medical
45	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE. CAPACIDADE 1000 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	LM Farma / Rioquímica / Saneativo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



46	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 4%, APLICAÇÃO DEGERMANTE. CAPACIDADE 1000 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	LM Farma / Rioquímica / FGM
47	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Descarpack
48	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Descarpack / Descartex / Madeitex
49	COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA E OUTROS COMPONENTES, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Bional / Markmed
50	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 80 (+/-10) ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEADA. APLICAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
51	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Estrela/Plascalp/ Salute/Telamed/Cremier/ Polarfix
52	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C/3VIAS, VOLUME 2.000, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR 1,20M C/PINÇA CORTA-FLUXO PLANA, ACESSÓRIOS DRENO DE TÓRAX Nº26 C/ FIO RADIOPACO, USO ATÓXICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	LAC Medical/Medical Brasil
53	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁCICOS, VOLUME 2.000, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº 30, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	LAC Medical/Medical Brasil
54	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO SUB-AQUÁTICA, EXTENSÃO 2M POLIETILENO TRANSPARENTE, VOLUME 2.000, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR UNIVERSAL, C/ SUPORTE, BASE E ALÇA, ACESSÓRIOS DRENO Nº32, MULTIFENESTRA, FURO SENTINELA, FIO RADIOP, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	LAC Medical/Medical Brasil
55	CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO PLACA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 20, COMPONENTES NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRÓFILO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



56	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. DEVE CONTER TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Enzitec / Compojet / Lifezyme / Endozime
57	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,6 A 1,7 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	Nipro
58	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,9 A 2,1 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	Nipro
59	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO Nº 6. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Uripem / Biomed / Urocontrol
60	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 8, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
61	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 10, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
62	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 12, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
63	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 14, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
64	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 16, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
65	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 18, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
66	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 20, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
67	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 22, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



68	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,2 MM (1/8"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac
69	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 4,8 MM (3/16"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac
70	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 6,4 MM (1/4"), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac
71	ELETRODO EM GEL AQUOSO DE POTÁSSIO CLORÍDRICO (KCL), ISENTO DE PVC E LÁTEX, DISCO DO ELETRODO PLÁSTICO NYLON VERDE, USO ADULTO, ESPONJA EM DISCO DO SENSOR ESPUMA DE POLIURETANO E POLIÉSTER; CONECTOR POLICARBONATO PLÁSTICO, LADO COM ELETRODOS ADESIVO HIPOALERGÊNICO, CIRCUITO FLEXÍVEL POLIÉSTER. DIMENSÕES DO SENSOR 27,94 CM X 2,54 CM (APROXIMADAMENTE) PESO 3.7 G (APROXIMADAMENTE) COM EMBALAGEM: 16.8 G (APROXIMADAMENTE), QUANTIDADE DE ELETRODOS NO SENSOR 4 (QUATRO), PRODUTO DE USO ÚNICO. COMPATÍVEL COM MONITORES MULTI-PARAMÉTRICOS DIXTAL, DRAEGER, PHILIPS, GE E MINDRAY QUE POSSUEM MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DO ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA OU MONITOR STAND ALONE. EMBALADO EM PAPEL DE ALUMÍNIO E POLIETILENO, CAIXAS COM 25 UNIDADES. DEVEM CONSTAR IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
72	TIRAS DE GLICEMIA - Tiras teste para determinação de glicemia em sangue fresco, absorção por capilaridade através de orifício na extremidade da tira, evitando assim contato de sangue com aparelho, volume de amostra sanguínea de 0,6 microlitros; faixa de medição de 20 a 500 mg/dl.; tipos de amostras: Capilar, Venosa, Arterial e Neonatal; embaladas individualmente, garantindo a integridade do produto; Embalagem com 50 ou 100 tiras teste, com identificação de produto, data de fabricação, lote e validade, com calibrador externo em cada embalagem que permite calibração dos aparelhos que serão fornecidos em regime de comodato e compatíveis com as tiras de glicemia, conforme edital.	Johnson / Roche / Optium - Abbott/FreeStyle
73	EQUIPO LINHA ARTERIAL PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8MM, SEM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXAO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PVC ATOXICO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	Nipro
74	EQUIPO LINHA VENOSA, PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8 MM, COM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXÃO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PVC ATOXICO, MALEAVEL, FLEXIVEL, COM 02 ORIFÍCIOS, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	Nipro
75	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Medplast





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



76	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO MEDIDOR DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA PONTA PERFURANTE C/ CÂMARA C/ TAMPA, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR C/ DERIVAÇÃO EM Y, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER FÊMEA E LOCK MACHO C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ESCALA GRADUADA 40CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	EQUIPO PVC P/MÉDIA PRESSÃO VENOSA CENTRAL
77	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 21, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / TERUMO/KDL
78	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 23, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD/ KDL / TERUMO / STAR MED
79	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 25, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD /TERUMO/KDL
80	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 27, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD/KDL
81	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS, BASE QUE PERMITA MANUSEIO A-. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
82	ESCOVA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 3, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 2.4 MM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
83	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 ESPATULAS	Theoto
84	ESTERILIZANTE QUÍMICO, COMPOSIÇÃO BASE DE ACETILCAPROLACTAM E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA, USO PARA PRODUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, TIPO CONJUNTO DE REAGENTES - PRONTO PARA USO, CONCENTRAÇÃO 0,2%, ACOMPANHADO DE AGENTES ANTICORROSIVOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Lifemed
85	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; CONECTOR LUER SLIP COM O PACIENTE; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA;	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



	ESTÉRIL E APIROGÊNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
86	FIXADOR CITOLÓGICO 30 ML, COM VÁLVULA ATOMIZADORA - SISTEMA SPRAY COM BORRIFADOR. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Procito
87	FIXADOR ESTERIL PARA CATETER, MATERIAL POLIETILENO, TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER, 50MM X 74MM E 2 TIRAS EXTRAS COM 74MM X 12MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO. POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES E TUBULAÇÕES. CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	3M / Cremer / Eurocel
88	FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR AMARELA QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETA. O ENVELOPE CONTÉM 50 FOLHAS DA EMPRESA 3 M. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	3M
89	FRASCO COLETOR, MATERIAL PVC-ATÓXICO, CAPACIDADE 100, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARCAÇÃO VOLUMÉTRICA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, MATERIAL TAMPA POLIPROPILENO, TIPO TAMPA ROSQUEADA COM ALÇA PARA FIXAÇÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO BRONCOSCÓPIA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Broncoplas / P.Simon / Incomepe
90	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO (AMPOLA), COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉVACUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTÍGRADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM À 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 50	3M
91	INFUSOR ELASTOMÉTRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX - PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 100ML-2ML/H.	
92	INFUSOR ELASTOMÉRICO 300 ml 2 ml/h: INFUSOR ELASTOMÉTRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX - PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



	TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 300ML-2ML/H.	
93	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ISOLADOR DE PRESSÃO DO MANOMETRO PARA MAQUINA DE DIALISE, EM FORMA ESFEROIDAL, EM PLASTICO DENSO, COM FILTROS INTERNOS E HIDROFOBICOS, APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO/MODELO DIAMAX.	Nipro
94	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA CONTENDO SONDA DE TRAÇÃO TIPO PUXAR EM SILICONE TAMANHO 20FR, LAÇO METÁLICO PARA RECUPERAÇÃO DE 5FR, ADAPTADOR PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLUS, ADAPTADOR ROSCADO PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO, ANEL DE RETENÇÃO EXTERNA, AGULHA DE FILTRAGEM CALIBRE 22GA X 3,81CM, AGULHA DE CALIBRE 25GA X 1,58CM, PANO FENESTRADO COM PRESILHAS ADESIVAS, SERINGA DE 12ML, BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, AGULHA INTRODUTORA DE CALIBRE 14GA X 6,98 CM, FIO DE COLOCAÇÃO EM FORMA DE LAÇO, PINÇA DE TUBAGEM, COMPRESSAS DE GAZE, FIO DE SUTURA E INSTRUÇÕES DE USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM ESTÉRIL, COM DOCUMENTAÇÃO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
95	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 27, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR AMARELA. PACOTE COM 100 UNIDADES. . DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 UNIDADES	
96	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 10, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
97	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
98	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
99	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
100	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
101	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



	IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
102	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Feathar/Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade
103	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Solidor / Mediglass / Bioslid / Glass Line
104	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA LISA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Solidor / Bioslid
105	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 MM, ESPESSURA 0,13 A 0,16 MM; EMBALADA EM CAIXA DE PVC COM 10 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sempermed/Supermax/Madeitex/Newderm/Maxitex/Satelit/Perfevta
106	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, TEMPO DE DISPARO: 3 SEGUNDOS. POSSUI PROTETOR PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO. AGULHA DE 23G COM 2 MM DE PROFUNDIDADE, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, EM CONFORMIDADE COM ISO 13485 E NR32. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, MINISTÉRIO DO TRABALHO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	TKL
107	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
108	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sempermed / Supermax / Cir.Brasil /
109	LUVA EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR CREME, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	Sempermed/Supermax/Arista/Embrama c/ Innova
110	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, COM RESISTENCIA BIOLOGICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
111	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



112	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Fava/Descarpac/Alldesc/Anadona/Gim ed/SS Plus/RMDESC
113	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LARGURA 15, COMPRIMENTO 100, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Addpak / Medipack / Medstéril / Texan
114	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20, COMPRIMENTO 100, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M <sup>2</sup> (PAPEL), 60G/M <sup>2</sup> (FILME). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Addpak / Medipack / Medstéril / Texan
115	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 60, COMPRIMENTO 100, SEM FILME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Addpak / Medipack / Medstéril / Texan
116	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 84, COMPRIMENTO 100. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Addpak / Medipack / Medstéril / Texan
117	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 58, COMPRIMENTO 30, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
118	PAPEL PARA EXAME MÉDICO ELETRO CARDIOGRAMA, PAPEL TERMOSENSÍVEL, MAC 400 LARGURA 80 X 90 X 280 FOLHAS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO EM FOLHAS; MARCA GE. EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA/MS.	GE
119	PAPEL REGISTRO CARDIOTOCÓGRAFO VERMELHO, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, REFERÊNCIA MODELO M1910A, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRAS EM Z. MACA PHILIPS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	PHILIPS
120	PAPEL TERMOSENSÍVEL VERDE, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO 150 MM X 100 MM X 14,4 MTS, RESISTENTE A IMPRESSÕES, COM BAIXO ÍNDICE DE ABRASÃO E RESÍDUOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, USO APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL MARCA HP MODELO 1351-9031A SÉRIE 50, TIPO EM FOLHAS. MARCA PHILIPS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	HP
121	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160, LARGURA 52, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, ADICIONAIS TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
122	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO, EM VINIL TRILAMINADO FINA (SLIN), APROX. 2CM LARGURA POR 32 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE, SEM IMPRESSÃO, INDICADO PARA LONGA DURAÇÃO COM FECHO PLÁSTICO TIPO LACRE INVOLÁVEL, COR AMARELO (GEMA)	
123	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS COM CLAMP - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA - ROLO COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
124	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RN (PEDIÁTRICO) COM CLAMP - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA - ROLO COM 200 UNIDADES. DEVEM CONTER	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



	IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
125	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 1, TIPO BICO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Unijet / BD / Advantive
126	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Unijet / BD / Advantive / KDL
127	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Unijet / BD / Advantive / KDL
128	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10, TIPO BICO LATERAL LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Unijet / BD / KDL / ADVANTIVE
129	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Unijet / BD / Advantive
130	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / Unijet
131	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	BD / Unijet
132	SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO EXAME DE TOMOGRAFIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR BAIXA PRESSÃO, TUBO DE ENCHIMENTO RÁPIDO, TIPO COMPATÍVEL COM A BOMBA INFUSORA MEDRAD. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	MEDRAD
133	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 04 FR, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



134	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 10 FR, COM Sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA/MS.	Markmed
135	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 12 FR, COM Sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA/MS.	Markmed
136	SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO CLORETO DE SÓDIO 210,70 G, CLORETO DE POTÁSSIO 3,92G, CLORETO DE CÁLCIO 15,44G, CLORETO DE MAGNÉSIO 3,56G, ÁCIDO ACÉTICO 6,31G, TIPO FRAÇÃO ÁCIDA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	Nipro
137	SOLUÇÃO AQUOSA CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA PARA ANTISSEPSEIA APRESENTAÇÃO ALMOTOLIA DE 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
138	SOLUÇÃO BÁSICA PARA HEMODIÁLISE COMPOSIÇÃO BICARBONATO DE SÓDIO 84 G/L, TIPO FRAÇÃO BÁSICA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	Nipro
139	SOLUÇÃO COLORIDA CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA PARA ANTISSEPSEIA TÓPICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, COLORIDAS ARTIFICIALMENTE COM CORANTE HIPOALERGÊNICO. APRESENTAÇÃO ALMOTOLIA 100 ML. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
140	SOLUÇÃO EQUILIBRADA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO ACÉTICO, ESTABILIZANTE, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO PERACÉTICO 3,4%, DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE COM SISTEMA DE MISTURA PROPORCIONAL, APRESENTAÇÃO EM GALÕES DE 5 L, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	Nipro
141	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO, COMPOSTO POR Sonda para aspiração do tubo endotraqueal em PVC; sonda centimetrada, gravação indelevel, medindo no mínimo 39 cm de comprimento, calibre 14 FR, com orifícios na ponta distal da sonda, ponta arredondada, luva em plástico siliconizado no corpo da sonda, conector em T, adaptador com via de instilação de fluidos, com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com válvula anti refluxo, conector para administração de aerosol, adaptável em tubo endotraqueal ou traqueostomia, estéril, descartável, isenta de látex, embalada em material apropriado que promova a barreira microbiana com abertura em pétala e transferência asséptica, apresentação obedecendo legislação atual vigente, registro na ANVISA.	
142	SONDA GASTROSTOMIA CIRÚRGICA, MATERIAL SILICONE OU POLIURETANO, TAMANHO 20 FR, 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO EXTERNO, BALÃO INTERNO 20 CC, COMPRIMENTO 25 CM, APLICAÇÃO GASTROSTOMIA, EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



	IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
143	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed / Embramed / Biosani
144	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed / Embramed / Biosani
145	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 20, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED. TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramac
146	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 22, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED. TIPO USO VÁLVULA PERMITA TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA FUNIL, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramac
147	SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO TRANSPARENTE, TAMANHO Nº 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 105.DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed
148	SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO TRANSPARENTE, TAMANHO Nº20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 105. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Markmed
149	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 20, SILICONIZADA, COM ORIFÍO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Markmed
150	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 22, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Markmed



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



151	SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 12, COMPRIMENTO 40 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Markmed / Embramed / Biosani
152	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM UNIDADE INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
153	TAMPA PLÁSTICA PARA CONEXÕES LUER E/OU LUER-LOCK (MACHO). VEDAÇÃO HERMÉTICA DE SERINGAS E EQUIPOS, ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
154	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
155	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, TIPO TECIDO NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO 7 CM, LARGURA 15 CM, POROS 1-2 MM, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MARLEX
156	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, TIPO MARLEX, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MARLEX
157	TERMÔMETRO CLÍNICO, MATERIAL PONTA FLEXÍVEL BORRACHA, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCÚRIO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Medterm
158	TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS COM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	B Braun/ Biojet / Embramed
159	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 5,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	RUSCH
160	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	RUSCH
161	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	RUSCH



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



162	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	RUSCH
163	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL* PVC, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO* 7,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES* MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramac / Rusch / Solidor
164	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL* PVC, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO* 8,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES* MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramac / Rusch / Solidor
165	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; EM PVC E SILICONE ATÓXICO, COM BALONETE (CUFF); TAMANHO 8,5; O TUBO DEVE POSSUIR PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA COM FURO MURPHY E PAREDES FINAS E DELGADAS; A VÁLVULA INTERNA DO BALONETE PILOTO (CUFF) DEVE POSSUIR CONECTOR UNIVERSAL ADAPTÁVEL À SERING SLIP; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM VISIVELMENTE IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; EXTREMIDADE DISTAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Embramac / Rusch / Solidor
166	UNIDADE NEBULIZADORA COMPOSTA POR: CABEÇOTE E RECIPIENTE PLÁSTICO GRADUADO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 8 ML, MÁSCARA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO ADULTO, CONECTOR E EXTENSÃO PARA USO EM LINHA DE OXIGÊNIO, CODIFICADO PELA COR VERDE. DESMONTÁVEL, REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UMA UNIDADE, APRESENTANDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	
167	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLECAPRONE, TIPO FIO 2-0, COR VIOLETA, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL	Ethicon
168	FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, 5-0, COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 1,50 CM, ESTÉRIL	Ethicon
169	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	Ethicon / Pointsuture
170	FIO DE SUTURA, MATERIAL ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO FIO 3-0, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,4, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	Ethicon / Pointsuture
171	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA, TIPO FIO 3-0, COR VIOLETA TRANÇADA, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,60, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	Ethicon
172	FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,30, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



173	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM.	
174	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 4-0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM.	
175	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3/8 - 31 mm, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	
176	FIO DE SUTURA, MATERIAL ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO FIO 8-0, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO ESPATULADA, COMPRIMENTO AGULHA 0,65, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	



**ANEXO III – Quantitativo de Amostras por Item**

ITEM	QUANTIDADE DE AMOSTRAS
1	3 AMOSTRAS
2	3 AMOSTRAS
3	3 AMOSTRAS
4	3 AMOSTRAS
5	3 AMOSTRAS
6	3 AMOSTRAS
7	3 AMOSTRAS
8	3 AMOSTRAS
9	3 AMOSTRAS
10	3 AMOSTRAS
11	3 AMOSTRAS
12	3 AMOSTRAS
13	3 AMOSTRAS
14	3 AMOSTRAS
15	3 AMOSTRAS
16	3 AMOSTRAS
17	3 AMOSTRAS
18	3 AMOSTRAS
19	3 AMOSTRAS
20	3 AMOSTRAS
21	3 AMOSTRAS
22	3 AMOSTRAS
23	2 AMOSTRAS (PARA AVALIAÇÃO DE 2 ENFERMEIRAS)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



24	2 AMOSTRAS (PARA AVALIAÇÃO DE 2 ENFERMEIRAS)
25	2 AMOSTRAS
26	2 AMOSTRAS
27	2 AMOSTRAS
28	2 AMOSTRAS
29	3 AMOSTRAS
30	3 AMOSTRAS
31	3 AMOSTRAS
32	3 AMOSTRAS
33	3 AMOSTRAS
34	3 AMOSTRAS
35	3 AMOSTRAS
36	3 AMOSTRAS
37	3 AMOSTRAS
38	1 AMOSTRA
39	2 AMOSTRAS
40	3 AMOSTRAS
41	2 AMOSTRAS
42	2 AMOSTRAS
43	2 AMOSTRAS
44	2 AMOSTRAS
45	3 AMOSTRAS
46	3 AMOSTRAS
47	3 AMOSTRAS
48	3 AMOSTRAS
49	3 AMOSTRAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



50	3 AMOSTRAS
51	2 AMOSTRAS (PACOTES)
52	2 AMOSTRAS
53	2 AMOSTRAS
54	2 AMOSTRAS
55	3 AMOSTRAS
56	1 AMOSTRA (GALÃO)
57	2 AMOSTRAS
58	2 AMOSTRAS
59	3 AMOSTRAS
60	3 AMOSTRAS
61	3 AMOSTRAS
62	3 AMOSTRAS
63	3 AMOSTRAS
64	3 AMOSTRAS
65	3 AMOSTRAS
66	3 AMOSTRAS
67	3 AMOSTRAS
68	2 AMOSTRAS
69	2 AMOSTRAS
70	2 AMOSTRAS
71	2 AMOSTRAS
72	2 AMOSTRAS (CAIXAS)
73	2 AMOSTRAS
74	2 AMOSTRAS
75	3 AMOSTRAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



76	3 AMOSTRAS
77	3 AMOSTRAS
78	3 AMOSTRAS
79	3 AMOSTRAS
80	3 AMOSTRAS
81	3 AMOSTRAS
82	3 AMOSTRAS
83	1 AMOSTRA (PACOTE)
84	1 AMOSTRA (GALÃO)
85	3 AMOSTRAS
86	1 AMOSTRA
87	2 AMOSTRAS
88	2 AMOSTRAS
89	3 AMOSTRAS
90	2 AMOSTRAS
91	1 AMOSTRA
92	1 AMOSTRA
93	2 AMOSTRAS
94	1 AMOSTRA
95	2 AMOSTRAS
96	3 AMOSTRAS
97	3 AMOSTRAS
98	3 AMOSTRAS
99	3 AMOSTRAS
100	3 AMOSTRAS
101	3 AMOSTRAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



102	3 AMOSTRAS
103	3 AMOSTRAS
104	3 AMOSTRAS
105	3 AMOSTRAS
106	3 AMOSTRAS
107	3 AMOSTRAS
108	3 AMOSTRAS
109	1 AMOSTRA (CAIXA)
110	1 AMOSTRA (CAIXA)
111	3 AMOSTRAS
112	3 AMOSTRAS
113	1 AMOSTRA
114	1 AMOSTRA
115	1 AMOSTRA
116	1 AMOSTRA
117	1 AMOSTRA
118	1 AMOSTRA
119	1 AMOSTRA
120	1 AMOSTRA
121	2 AMOSTRAS
122	1 AMOSTRA (PACOTE)
123	1 AMOSTRA (ROLO)
124	1 AMOSTRA (ROLO)
125	3 AMOSTRAS
126	3 AMOSTRAS
127	3 AMOSTRAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



128	3 AMOSTRAS
129	3 AMOSTRAS
130	3 AMOSTRAS
131	3 AMOSTRAS
132	1 AMOSTRA
133	3 AMOSTRAS
134	3 AMOSTRAS
135	3 AMOSTRAS
136	1 AMOSTRA (GALÃO)
137	3 AMOSTRAS
138	1 AMOSTRA (GALÃO)
139	3 AMOSTRAS
140	1 AMOSTRA (GALÃO)
141	1 AMOSTRA
142	2 AMOSTRAS
143	3 AMOSTRAS
144	3 AMOSTRAS
145	2 AMOSTRAS
146	2 AMOSTRAS
147	3 AMOSTRAS
148	3 AMOSTRAS
149	3 AMOSTRAS
150	3 AMOSTRAS
151	3 AMOSTRAS
152	3 AMOSTRAS
153	3 AMOSTRAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



154	3 AMOSTRAS
155	1 AMOSTRA
156	1 AMOSTRA
157	2 AMOSTRAS
158	3 AMOSTRAS
159	2 AMOSTRAS
160	2 AMOSTRAS
161	2 AMOSTRAS
162	2 AMOSTRAS
163	2 AMOSTRAS
164	2 AMOSTRAS
165	2 AMOSTRAS
166	2 AMOSTRAS
167	3 AMOSTRAS
168	3 AMOSTRAS
169	3 AMOSTRAS
170	3 AMOSTRAS
171	3 AMOSTRAS
172	3 AMOSTRAS
173	3 AMOSTRAS
174	3 AMOSTRAS
175	3 AMOSTRAS
176	3 AMOSTRAS





## ANEXO IV: Formulário de Informações da Licitante

**FAVOR ENVIAR O FORMULÁRIO EM FORMATO WORD OU SIMILAR**

Prezado(a) Licitante:

Pedimos que preencha as informações solicitadas abaixo para facilitar o processo de elaboração de eventuais **Atas de Registro de Preços**, assim como para a construção e manutenção de uma base de dados cadastrais das empresas licitantes participantes dos Pregões do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel).

Enviar as informações por e-mail para [pregao.heufpel@gmail.com](mailto:pregao.heufpel@gmail.com)

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

\* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Nº Código do Banco: Digite aqui	Nome do Banco: Clique aqui para digitar o nome do banco	
Nº Agência Bancária: Digite aqui	Nº Conta Corrente: Digite aqui	Dígito (Conta Corrente): Digite aqui

Obs.: Pagamentos só serão efetuados em Conta Corrente no CNPJ da Empresa



## ANEXO V

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_, sediada na cidade de \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ à rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_ bairro \_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_, fone \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 084/2016, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo  
(nome do representante legal)



## ANEXO VI

### DAS CONDUTAS INIDÔNEAS E ILEGAIS

Art. 1º Apresentar proposta inexecutável ou que não condiz com o objeto exigido pelo edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 20 (vinte) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 20 (vinte) dias.

Art. 2º Quando convocado pelo pregoeiro, não enviar o anexo ou não cumprir o prazo para envio estabelecido por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 15 (quinze) dias.

§ 1º O anexo referido no caput pode ser, dentre outros, a documentação habilitatória, atestados e certidões exigidas pelo edital.

§ 2º Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 15 (quinze) dias.

Art. 3º Não enviar/postar amostra dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro ou não enviar a amostra quando solicitada por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 4º Quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato ou ata de registro de preços;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 60 (sessenta) dias até o máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Deixar de entregar documentação exigida no edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 15 (quinze) dias até o máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 6º Apresentar documentação falsa.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 60 (sessenta) dias.

Art. 7º Não manter a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pela Comissão de Apuração.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 8º Fraudar ou praticar atos fraudulentos no decorrer do certame;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.



Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 9º Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 10º Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 11. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 12. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.



**ANEXO VII**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .....**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2016  
Processo Administrativo nº 23110.009135/2016-64

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, com sede na Rua Professor Araújo, 538, na cidade de Pelotas/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.242.080/0002-90, neste ato representado pelo Pró-Reitor Administrativo Ricardo Hartlebem Peter, na qualidade de Ordenador de Despesa da UFPel, designado pelas Portarias nºs 127, de 11 de janeiro de 2017, e 136, de 12 de janeiro de 2017, respectivamente, ambas do Gabinete do Reitor da UFPel, inscrito no CPF sob o nº 008.272.430-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, sob o nº **084/2016**, homologado em **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**Detentora do Registro de Preços:**

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

\* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

**Esta Empresa assume o compromisso de fornecer o(s) item(ns), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e pelo(s) preço(s) registrado(s), observada(s) as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:**

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Aquisição de Material Médico Hospitalar**, especificado(s) no item 01 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº **084/2016**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto e a(s) quantidade(s) são as que seguem:



Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
Total do Fornecedor:					R\$ xx,xx

### 3. DO CADASTRO DE RESERVA

3.1. O Cadastro de Reserva desta Ata encontra-se como anexo, o qual é gerado automaticamente pelo Sistema do Compras Governamentais, nos termos dos itens 13.6 e 19 do edital deste Pregão.

### 4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de homologação, não podendo ser prorrogada.

4.2. Nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, e do art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, a UFPel não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

### 5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preço, será formalizada pela UFPel, por intermédio de Nota de Empenho.

5.2. O(s) fornecimento(s) será(ão) efetuados nos horários e endereços determinados pela UFPel.

5.3. O prazo de *entrega dos produtos* objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

5.4. Dentro do prazo de vigência da ata, o(s) fornecedor(es) está(ão) obrigado(s) ao fornecimento dos itens conforme previsão do Edital e seus anexos, que precedeu a formalização desta Ata.

5.5. O(s) item (ns) rejeitado(s), por estar(rem) em desacordo com as especificações ou condições exigidas no Edital deverá(ão) ser(em) retirado(s) nos seguintes prazos:

5.5.1. Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;

5.5.2. Em até 10 (dez) dias, após o CONTRATADO ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6. A recusa do CONTRATADO em atender a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) levará à aplicação das sanções por inadimplemento previstas no Edital do certame.

### 6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pela UFPel ou qualquer órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao





órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem e nos termos do Decreto nº 7.892/2013.

## 7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor, conforme art. 17 e seguintes do Decreto 7.892/2013.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. Integram esta Ata o Edital e anexos do Pregão **084/2016**, a proposta da empresa classificada em primeiro lugar no mencionado certame e demais elementos do processo.

8.2. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

8.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Ata de Cadastro de Reserva da sessão pública do pregão (que é gerada automaticamente pelo Sistema de Compras Governamentais), contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada de forma que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Pelotas, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Ricardo Hartlebem Peter  
Pró-Reitor Administrativo

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
Licitante Vencedor